

## Konformitätserklärung Certificate of Compliance

Stampfvolumeter, Typ SVM 122/222  
Tapped density tester, type SVM 122/222



Für das Stampfvolumeter, Typ SVM122 und SVM222, bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <616> „Tapped Density“ Methode 2 und der EP 10<sup>th</sup> Edition (Kapitel 2.9.34, Methode 2).  
For the tapped density tester, type SVM122 and SVM222, we declare in our sole responsibility the conformity with the USP42, General Chapter <616> „Tapped Density“ Method 2 and the EP 10<sup>th</sup> Edition (Chapter 2.9.34, Method 2).

Langen, 2020-04-07

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -